

v y d á v á

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ PLATNOSTI OSVĚDČENÍ

(SÚJB/KKC/4416/2022)

Název metodiky:

Stanovení $H^*(10)$ a $H'(0.07)$ systémem EPD

Autor / autoři:

Ing. Daniela Ekendahl

Název organizace:

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.

Vypracované v rámci výzkumného projektu:

VF 20102015014, Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace s cílem modernizovat odpovídající části systému zajištění ochrany obyvatel a vybraných kritických infrastruktur ČR v souvislosti s radiologickým útokem nebo velkou radiologickou havárií, Bezpečnostní výzkum MV ČR.

Důvod zrušení platnosti osvědčení metodiky:

Systém EPD (Rados) byl pořízen v roce 2006 a již překročil dobu své technické životnosti. Pasivní dozimetry na principu DIS a přenosná čtečka již nejsou funkční. Po vyhodnocení zkušeností se systémem, zejména z důvodu opakovaných poruch systému při měření v podmínkách zimních teplot, nebyl systém EPD obnoven.

Zrušeno ke dni: 14. 2. 2022

V Praze dne: 8. 2. 2022

Ing. Karla Petrová

Ředitelka sekce radiační ochrany

Podepsáno elektronicky